



Industrial zone Trakia 4023 Plovdiv

Attestato di controllo

Test report (EN 10204 2.2)



Acquirente:

Ordine a riferimento e data : _____

Destinatario : _____

Identificazione degli strumenti sottoposti a controllo: codice: **PT36687002**Denominazione: **=TB-63 100 0-500 FUMI/MC**Ordine di produzione Nr. **OF07720**

Note:

Dimensione del LOTTO : LQA 1.5 NA = LIVELLO: II
 Dimensione del CAMPIONE : NR = SEVERITA: ORDINARIO
 Classe di precisione richiesta : Errore assoluto max. ammissibile :

Risultati del controllo :

Temperatura nominale (°C)	valore indicato (°C)		errore indicazione (°C)	
	in salita	in discesa	in salita	in discesa
25	25 ± 10		10	
250	250 ± 10		10	

 CONTROLLO : FINALE INTERMEDIO
La verifica è stata eseguita con termometro di controllo Nr. 542

Osservazioni : _____

Data : 23.10.03

Il Controllore :